

Uprzejmi informuję, że zmianie uległ opis wymagań technicznych urządzenia w punktach 1 i 6.

**Wymagania techniczne dla urządzeń AED.**

Lp.	Parametr	Opis i wymagania minimalne	Zmiana w Opisie i wymaganiach minimalnych w poniższych punktach
1	2	3	4
1.	Rodzaj urządzenia	Automatyczny lub półautomatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny AED z funkcją analizy rytmu serca, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dzieci (konwersja w tryb dla dzieci poprzez przycisk lub klucz pediatryczny). Energia impulsu dla dorosłych w granicach od 150 do 360J. Nie wymaga się narastającego impulsu energetycznego.	Automatyczny lub półautomatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny AED z funkcją analizy rytmu serca, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dzieci ( <b>konwersja w tryb dla dzieci poprzez przycisk lub klucz pediatryczny lub automatycznie np. po zmianie elektrod</b> ). Energia impulsu dla dorosłych w granicach od 150 do 360J. Nie wymaga się narastającego impulsu energetycznego.
6.	Testowanie	Urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę testu sprawności urządzenia co najmniej 1 raz na 24 godziny.	<b>- funkcja autotestu</b> <b>- autotesty bez schematu czasowego z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo wraz informacją o usterce</b>

W związku z powyższym przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień **13 grudnia 2019 r. godzina.11.00**. Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: [agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl](mailto:agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl).